

Sugador Cirúrgico

INSTRUÇÕES DE USO

SUGADOR CIRÚRGICO: Possui dois diâmetros de ponteiros que permitem sugar com eficiência os mais difíceis acessos.

INDICAÇÕES: Para sugar sangue e líquidos durante cirurgias intraorais.

INSTRUÇÕES DE USO: Conecte o sugador à mangueira de sucção e acione o equipamento. Após o uso, descarte também as ponteiros não utilizadas. É proibida a reutilização do produto.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos. Não expor ao sol e calor excessivo.

COMPOSIÇÃO: **Tubo plástico:** PVC atóxico (livre de ftalatos) | **Ponteiras:** Polietileno e pigmentos atóxicos.

ADVERTÊNCIAS: Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida. Não utilize o produto após a data de validade da esterilização indicada na embalagem. Produto de uso único, descartável e de reprocessamento proibido. Não reutilizar.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 02 anos a contar da data de fabricação em embalagem original e não violada. Não utilize o produto após o prazo de validade.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação ambiental local vigente. Após a abertura da embalagem e depois da realização no procedimento cirúrgico faça o descarte inclusive das ponteiros que não forem utilizadas.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira

EC REP

Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 21.01.2022 | Cód 329010880004
ANVISA: 80213420002

Surgical Aspirator Tips

USE INSTRUCTIONS

SURGICAL ASPIRATOR TIPS: Two different diameters tips that allow suction in hard-to-access areas

INDICATIONS: Blood and fluid suction during surgeries.

USE INSTRUCTIONS: Connect the Surgical Aspirator Tips to the dental equipment suction hose and activate it. After using it discard the aspirator and unused tips. Do not reuse the product.

STORAGE: Keep the product in an unique and closed cabinet, protected from dust and insects. Do not expose to sun and heat.

COMPOSITION: **Plastic tube:** Non-toxic PVC (phthalate free). | **Tips:** Polyethylene and non-toxic pigments.

WARNING: Do not use the product if the package is damaged, open or damp. Do not use the product after the expiration date of the sterilization indicated on the package. Single use, disposable product and reprocessing prohibited. Do not reuse.

SHELF LIFE: 02 years from manufacturing date in original non-violated package. Do not use the product after the indicated expiring date. **DISPOSAL:** Disposal of this product should be done in accordance with local environmental legislation. After opening the package and after performing the surgical procedure discard even the tips that are not used.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 21.01.2022 | Cód. 329010880004
ANVISA: 80213420002

Aspirador Quirúrgico

INSTRUCCIONES DE USO

ASPIRADOR QUIRÚRGICO: Tiene dos diámetros de puntas que permiten aspirar eficientemente mismo en las áreas de difícil acceso quirúrgico.

INDICACIONES: Para succionar la sangre y fluidos durante las cirurgias intraorales.

INSTRUCCIONES DE USO: Conectar el aspirador a la manguera de succión del equipamiento odontológico y lo accione. Después del uso, desechar también las puntas no utilizadas. Queda prohibida la reutilización deste producto.

ACONDICIONAMIENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos. No exponga al sol y calor.

COMPOSICIÓN: Tubo plástico: PVC atóxico (libre de ftalatos). | **Puntas:** polietileno y pigmentos atóxicos.

ADVERTENCIAS: No utilice el producto si el embalaje está dañado, abierto o húmedo. No utilice el producto después de la fecha de validez de la esterilización indicada en el embalaje. Producto de un solo uso, desechable y de reprocesamiento prohibido. No reutilizar.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 02 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. No utilizar el producto después de la fecha de validez.

DESCARTE: El descarte de este producto debe ser hecho de acuerdo con la legislación ambiental local vigente. Después de la apertura del envase y después de la realización en el procedimiento quirúrgico, deseche las puntas mismo que no sean utilizadas.



Uso odontológico

*Odontologic use
Uso odontológico*



Serviço de atendimento ao profissional

*Technical support
Servicio post-venta al profesional*
indusbello@indusbello.com.br
www.indusbello.co

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odont. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 | +55 (43) 3378-8300 | R. Tereza de Souza, 171 - Pq. Ind. Kiugo Takata | CEP 86042-390 | Londrina-Paraná. | Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09404121 | Indústria Brasileira | Made in Brazil | Indústria Brasileira



Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels,
BELGIUM Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 | E-Mail: mail@obelis.net

 **indusbello co.**

Rev 00 - 21.01.2022 | Cód. 329010890004
ANVISA: 80213420002